
























## Graphische Symbole der Hersteller, die auch im Bereich der Zahnheilkunde Anwendung finden

(Auszug aus ISO 7000)

	Achtung, Begleitdokumente beachten	Ein Synonym für „Achtung, Begleitdokumente beachten“ ist „Achtung, siehe Gebrauchsanweisung“	ISO 7000-0434
	Gebrauchsanweisung beachten	Ein Synonym für „Gebrauchsanweisung beachten“ ist „Bedienungsanweisung beachten“	ISO 7000-1641
	Herstellungsdatum		ISO 7000-2497
	Trocken aufbewahren		ISO 7000-0626
	Zerbrechlich, vorsichtig behandeln		ISO 7000-0621
	Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren		ISO 7000-0624
	Verwendbar bis	Ein Synonym für „Verwendbar bis“ ist „Verfallsdatum“	ISO 7000-2607
	Nicht zur Wiederverwendung	Ein Synonym für „Nicht zur Wiederverwendung“ sind „Eimalanwendung“ oder „Nur einmal verwenden“	ISO 7000-1051
	Anzahl der Verwendungen minus eins	Um die Anzahl der empfohlenen Verwendungen minus eins anzuzeigen, muss in das Symbol eine Zahl eingefügt werden. ANMERKUNG Die Zahl 12 wird hier nur als Beispiel angegeben.	In Anwendung von ISO 7000-1051
	Rechtsdrehung (Rotation im Uhrzeigersinn)		ISO 7000-0258
	Linksdrehung (Rotation im Gegenuhrzeigersinn)		ISO 7000-0937

	Chargenbezeichnung	Synonyme für „Chargenbezeichnung“ sind „Losnummer“ oder „Chargennummer“.	ISO 7000-2492
	Bestellnummer	Synonyme für „Bestellnummer“ sind „Bezugsnummer oder „Katalognummer“	ISO 7000-2493
	Verpackungseinheit		ISO 7000-2794
	Sterilisation durch Bestrahlung		ISO 7000-2502
	Sterilisation durch Ethylenoxid		ISO 7000-2501
	Steril durch Anwendung aseptischer Verfahrenstechnik		ISO 7000-2500
	Sterilisierbar im Dampf-Sterilisator (Autoklav) bei der angegebenen Temperatur	Temperaturangabe im Symbol ist ein Beispiel	ISO 7000-2868
	Sterilisierbar bei der angegebenen Temperatur	Temperaturangabe im Symbol ist ein Beispiel	ISO 7000-1844
	Obere Temperaturbegrenzung	Neben dem Symbol muss eine Zahl angegeben werden, die die obere Temperaturbegrenzung anzeigt (z. B. 180 °C max.).	ISO 7000-0533
	Untere Temperaturbegrenzung	Neben dem Symbol muss eine Zahl angegeben werden, die die untere Temperaturbegrenzung anzeigt (z. B. 4 °C min.).	ISO 7000-0534
	Temperaturbegrenzung	Neben dem Symbol müssen zwei Zahlen angegeben werden, die die untere und die obere Temperaturbegrenzung anzeigen (z. B. 130 °C min.; 138 °C max.).	ISO 7000-0632
	Biologische Risiken		ISO 7000-0659