

Checkliste

Aktualisierungen | Prüfungen | Validierung | Wartung

Die Liste finden Sie auch online:
www.zaek-berlin.de → Zahnärzte → Praxisführung → BuS-Dienst

sowie im Zahnärztlichen Qualitätsmanagementsystem: www.zqms.de

Aktualisierung Brandschutzhelfer/in	alle 3-5 Jahre, Empfehlung alle 3 Jahre
Aktualisierung Erste Hilfe	alle 2 Jahre
Aktualisierung Fachkunde Röntgen ZÄ	alle 5 Jahre
Aktualisierung Kenntnisse im Strahlenschutz ZFA	alle 5 Jahre
Aktualisierung Laserschutzbeauftragte/r	innerhalb von 5 Jahren
Druckgasleitungen (Lachgas, med. Sauerstoff)	1x jährlich
Eichung Präzisionswaagen Genauigkeitsklasse II (Gold-/Edelmetallwaagen)	i. d. R. alle 2 Jahre
Elektroprüfung ortsfester Betriebsmittel	alle 4 Jahre
Elektroprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	alle 2 Jahre
STK Prüfung nach Anlage 1	spätestens alle 2 Jahre
Erstvalidierung Sterilisator	nach Aufstellen des Gerätes
Erstvalidierung Thermodesinfektor	nach Aufstellen des Gerätes
Gasflaschen	nach Herstellerangaben
Gasflaschenarmaturen	nach Herstellerangaben
Kompressor Druckbehälterprüfungen für Größen unter 1000 l/min	1x jährlich bzw. alle 5 Jahre maßgebend sind die Herstellerangaben
Läppchentest	1x jährlich – nur für ambulant chirurgisch tätige Praxen verpflichtend
Mikrobiologische Untersuchung der wasserführenden Systeme Behandlungseinheiten	1x jährlich
Peeltest	arbeitstäglich
Restproteinbestimmung bei manueller Aufbereitung der Medizinprodukte	im ersten Dreivierteljahr einmal im Quartal; wenn Proben immer in Ordnung sind, Intervall auf halbjährlich verlängern
Revalidierung Sterilisator	nach Validiererangaben
Revalidierung Thermodesinfektor	nach Validiererangaben
Sachverständigenprüfung Amalgamabscheider	alle 5 Jahre – Prüfbericht beim Bezirksamt für Umwelt im praxisansässigen Bezirk einreichen
Sealcheck	1x arbeitswöchentlich bzw. nach Herstellerangaben
Siegelnahtfestigkeitsprüfung z.B. durch die Zahnärztekammer Berlin	1x jährlich
Ultraschallbad Alu-Folientest nach IEC 886	vierteljährlich bzw. nach Herstellerangaben
Validierung Siegelnahtgerät	nach Herstellerangaben
Wartung Amalgamabscheider	nach Herstellerangaben
Wartung Feuerlöscher	alle 2 Jahre Inspektion (gem. DIN 14406 Abs. 4) alle 5 Jahre innere Prüfung alle 10 Jahre Festigkeitsprüfung
Wartung Behandlungseinheiten	nach Herstellerangaben
Wartung Sterilisator	nach Herstellerangaben
Wartung Thermodesinfektor	nach Herstellerangaben
Wartung Ultraschallbad	nach Herstellerangaben

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Stand: 05.2022

Fragen beantworten wir Ihnen gern vor Ort in Ihrer Praxis bzw. in der Zahnärztekammer: Telefon 030 – 34 808 119, E-Mail: praxisfuehrung@zaek-berlin.de

**Ihr Referat Praxisführung
BuS-Dienst**