

Versorgung adipöser Patienten

Traglast von Dentaleinheiten

In der Zahnmedizin gewinnt die Frage der Traglast von Dentaleinheiten insbesondere im Kontext der sicheren Versorgung adipöser und schwergewichtiger Patientinnen und Patienten an Bedeutung. Dentaleinheiten sind als Medizinprodukte nur bis zu einer definierten maximalen Traglast zugelassen. Herstellerangaben geben klare Belastungsgrenzen vor, die je nach Modell, Bauweise und technischer Ausführung variieren. Während Standard-Dentaleinheiten häufig für begrenzte Gewichte ausgelegt sind (gemäß DIN EN ISO 6875 mindestens 135 kg), existieren verstärkte oder speziell konzipierte Behandlungseinheiten, die eine sichere Behandlung schwergewichtiger Patientinnen und Patienten ermöglichen. Diese Vorgaben dienen nicht nur dem Geräteschutz (inklusive gesetzlicher Gewährleistung des Herstellers), sondern vor allem der Patientensicherheit und dem Behandlungskomfort. Infolgedessen rückt die bewusste Auswahl geeigneter Medizingeräte verstärkt in den Fokus.

Tragfähigkeit ist entscheidend

Für Zahnarztpraxen bedeutet das: Die Kenntnis über die tatsächliche Tragfähigkeit jeder einzelnen Dentaleinheit ist entscheidend, um den Patientenschutz und die medizinische Fürsorgequalität

zu gewährleisten. Herstellerkennzeichnungen und technische Datenblätter sind verbindlich heranzuziehen, die Sicherheit, Konformität und Rückverfolgbarkeit sicherzustellen.

Speziell ausgestattete Zahnarztpraxen

Für Menschen mit höherem Körpergewicht stehen speziell ausgestattete Zahnarztpraxen mit geeigneten Dentaleinheiten zur Verfügung. Diese ermöglichen eine sichere und würdevolle Behandlung ohne Einschränkungen. Die KZV Berlin bietet eine Übersicht über Schwerpunktpraxen an, die über entsprechende Dentaleinheiten verfügen. Diese erleichtert die gezielte Terminfindung und unterstützt eine bedarfsgerechte Versorgung.

Bitte berücksichtigen Sie die ethische und berufsrechtliche Verpflichtung der Zahnärztinnen und Zahnärzte, Notfallbehandlungen, unabhängig von der technischen Ausstattung, durchzuführen. Die Patienten dürfen nicht mit dem Hinweis auf die maximale Traglast der Dentaleinheit abgewiesen werden.

Ivonne Mewes

Referat Praxisführung | BuS-Dienst



Zahnarztpraxen
mit spezieller
Behandlungseinheit
für adipöse Patienten:

kzv-berlin.de
→ Für Patienten
→ Zahnarzttsuche