

Aktualisierung Brandschutzhelfer/in	alle 3-5 Jahre, Empfehlung alle 3 Jahre
Aktualisierung Erste Hilfe	alle 2 Jahre
Aktualisierung Fachkunde Röntgen ZA	alle 5 Jahre
Aktualisierung Kenntnisse im Strahlenschutz ZFA	alle 5 Jahre
Aktualisierung Laserschutzbeauftragte/r	innerhalb von 5 Jahren
Druckgasleitungen (Lachgas, med. Sauerstoff)	1x jährlich
Eichung Präzisionswaagen Genauigkeitsklasse II (Gold-/Edelmetallwaagen)	i.d.R. alle 2 Jahre
Elektroprüfung ortsfester Betriebsmittel	alle 4 Jahre
Elektroprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel STK Prüfung nach Anlage 1	alle 2 Jahre spätestens alle 2 Jahre
Erstvalidierung Sterilisator	nach Aufstellen des Gerätes
Erstvalidierung Thermodesinfektor	nach Aufstellen des Gerätes
Gasflaschen	nach Herstellerangaben
Gasflaschenarmaturen	nach Herstellerangaben
Kompressor Druckbehälterprüfungen für Größen unter 1000	1x jährlich bzw. alle 5 Jahre maßgebend sind die Herstellerangaben
Läppchentest	1x jährlich – nur für ambulant chirurgisch tätige Praxen verpflichtend
Mikrobiologische Untersuchung der wasserführenden Systeme Behandlungseinheiten	1x jährlich
Peeltest	arbeitstäglich
Restproteinbestimmung bei manueller Aufbereitung der Medizinprodukte	im ersten dreiviertel Jahr einmal im Quartal, wenn Proben immer in Ordnung sind, Intervall auf halbjährlich verlängern
Revalidierung Sterilisator	nach Validiererangaben
Revalidierung Thermodesinfektor	nach Validiererangaben
Sachverständigenprüfung Amalgamabscheider	alle 5 Jahre – Prüfbericht beim Bezirksamt für Umwelt im praxisansässigen Bezirk einreichen
Sealcheck	1x arbeitswöchentlich bzw. nach Herstellerangaben
Siegelnahtfestigkeitsprüfung z. B. durch die Zahnärztekammer Berlin	1x jährlich
Ultraschallbad Alu-Folientest nach IEC 886	vierteljährlich bzw. nach Herstellerangaben
Validierung Siegelnahtgerät	nach Herstellerangaben
Wartung Amalgamabscheider	nach Herstellerangaben
Wartung Feuerlöscher	alle 2 Jahre Inspektion (gem. DIN 14406 Abs. 4) alle 5 Jahre innere Prüfung alle 10 Jahre Festigkeitsprüfung
Wartung Behandlungseinheiten	nach Herstellerangaben
Wartung Sterilisator	nach Herstellerangaben
Wartung Thermodesinfektor	nach Herstellerangaben
Wartung Ultraschallbad	nach Herstellerangaben