

Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und Deutscher Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnmedizin (DAHZ)

HYGIENEPLAN / ARBEITSANWEISUNGEN für die Zahnmedizin

Der Praxisinhaber ist verpflichtet, in einem Hygieneplan und in internen Arbeitsanweisungen für die einzelnen Arbeitsbereiche und Tätigkeiten, Verhaltensregeln und Maßnahmen zur Reinigung, Desinfektion und Sterilisation, zur Ver- und Entsorgung, zum Tragen von Schutzausrüstung, sowie z. B. auch Anweisungen für Notfälle und für die arbeitsmedizinische Vorsorge festzulegen. Grundlage hierfür sind die Biostoffverordnung (BioStoffVO) und berufsgenossenschaftliche Vorschriften (TRBA/BRG 250).

Der DAHZ und die BZÄK legen hiermit einen Rahmen-Hygieneplan vor, der auf Basis der potentiellen Infektionsgefahr in der Zahnarztpraxis (Gefährdungsbeurteilung) konzipiert wurde.

Dieser Rahmenhygieneplan muss auf die individuellen Praxisgegebenheiten übertragen und in einen praxisspezifischen Hygieneplan umgesetzt werden. Dabei muss das jeweilige Behandlungsspektrum der Praxis berücksichtigt werden, das z.B. in einer kieferorthopädischen Praxis anders aussehen kann als in einer chirurgisch ausgerichteten Praxis. Individuelle Eintragungen im Rahmen-Hygieneplan können direkt am Computer vorgenommen werden. Ein Ausdruck kann auf solche Seiten beschränkt werden, die für die betreffende Praxis relevant sind. Dies wird z.B. durch eine Trennung von maschinellen und manuellen Aufbereitungsverfahren für Medizinprodukte erleichtert. Die nicht in der Praxis eingesetzten Aufbereitungsverfahren sind zu streichen.

Gegebenenfalls muss dieser Hygieneplan durch weitere Arbeitsanweisungen ergänzt werden. Der Hygieneplan ist bei Bedarf zu aktualisieren. Der Praxisinhaber muss den Beschäftigten bei ihrer Einstellung, bei Veränderungen in ihrem Aufgabenbereich und auch bei Einführung neuer Arbeitsverfahren anhand des Hygieneplanes geeignete Anweisungen und Erläuterungen erteilen. Unterweisungen sind bei Bedarf oder mindestens in jährlichen Abständen zu wiederholen und auch zu dokumentieren.

Die Wiederverwendung von Medizinprodukten setzt voraus, dass der Hersteller Angaben zu ihrer Aufbereitung zur Verfügung stellt und dass diese Medizinprodukte anhand einer Risikobewertung vor der Aufbereitung in eine der folgenden Gruppen einstuft werden:

Medizinprodukt	Art der Anwendung
Unkritisch	nur Berührung mit der intakten Haut
Semikritisch (A, B)	Berührung der Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut
Kritisch (A, B)	Durchdringung der Haut oder Schleimhaut und dabei Kontakt mit Blut, inneren Geweben oder Organen, Kontakt mit Wunden; auch Medizinprodukte zur Anwendung von Blut, Blutprodukten und anderen sterilen Arzneimitteln
A = ohne besondere Anforderungen an die Aufbereitung B = mit erhöhten Anforderungen an die Aufbereitung	

Eine entsprechende Bewertung und Einstufung der Medizinproduktgruppen wurde im vorliegenden Hygieneplan von der BZÄK und dem DAHZ beispielhaft vorgenommen. Eine Einzelaufistung sämtlicher in der Praxis vorhandener Medizinprodukte nach Risikobewertung ist weder gefordert noch sinnvoll.

Dieser Hygieneplan befindet sich grundsätzlich in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des RKI sowie den berufsgenossenschaftlichen Regelwerken. Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse, die in den o.a. Regelwerken noch nicht berücksichtigt werden konnten, wurden in die vorliegende Ausgabe des Hygieneplans aufgenommen.

Die im Rahmen-Hygieneplan zwangsläufig allgemein gehaltenen Regeln werden im Hygieneleitfaden des DAHZ konkretisiert. Dieser ist auf der Internetseite des DAHZ (www.dahz.org) abrufbar. Die Ordnungszahlen vor den Aufbereitungsverfahren sind identisch mit den Ordnungszahlen im Hygieneleitfaden und werden dort näher erklärt. Der Hygieneplan ist somit eine komprimierte Form des DAHZ-Hygieneleitfadens.

Redaktionsstand 18.12.2022

Händehygiene

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
Hände	Waschen (Reinigen)	Flüssigwaschpräparat aus Direktspender Trocknen mit Handtuch zum Einmalgebrauch (Box, Spender)	<ul style="list-style-type: none"> • vor Arbeitsbeginn • bei sichtbarer Verschmutzung • nach Arbeitsende 	alle Beschäftigten
	Desinfizieren (ausreichende Menge, um die Hände während der Einwirkzeit feucht zu halten)	Händedesinfektionsmittel aus Direktspender (1)		
	hygienische Händedesinfektion (Einwirkzeit nach Herstellerangaben)	Präparat: Einwirkzeit:	<ul style="list-style-type: none"> • vor der Arbeitsvorbereitung • vor und nach jeder Behandlung • bei Unterbrechung der Behandlung • nach Arbeitsplatzwartung. 	alle Beschäftigten im Untersuchungs-, Behandlungs- und Wartungsbereich,
	chirurgische Händedesinfektion (Einwirkzeit nach Herstellerangaben) Desinfizieren der Hände und Unterarme (besondere Sorgfalt an Fingerkuppen und Nagelfalzen) anschließend: Anziehen steriler Handschuhe.	Präparat: Einwirkzeit:	<ul style="list-style-type: none"> • vor umfangreichen chirurgischen Eingriffen mit nachfolgendem speicheldichtem Wundverschluss • vor allen zahnärztlich-chirurgischen und oralchirurgischen Eingriffen am Patienten mit erhöhten Infektionsrisiko <p>Nach der chirurgischen Behandlung: Ablegen der Handschuhe, hygienische Händedesinfektion.</p>	
	Pflegen	Handpflegepräparat aus Spender oder Tube:	<ul style="list-style-type: none"> • bei Bedarf 	alle Beschäftigten

(1) mit VAH-Zertifizierung zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion, HBV-/ HCV-/ HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden Kapitel 05

Persönliche Schutzausrüstung

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
Handschuhe	nach hygienischer Händedesinfektion* auf die trockene Haut		<ul style="list-style-type: none"> immer, wenn die Hände mit Blut, anderen Körperflüssigkeiten oder infektiösen Substanzen in Kontakt kommen können oder ein Infektionsrisiko bekannt ist oder Verletzungen vorliegen Wechsel nach jedem Patienten und nach 60 Minuten ununterbrochener Arbeit. Im Ausnahmefall können unversehrte Handschuhe während der Behandlung eines Patienten desinfiziert werden, wenn anders der Arbeitsablauf nicht gewährleistet werden kann. Voraussetzung ist die Kompatibilität des Handschuhmaterials (z.B. Nitril mit dem Desinfektionsmittel). 	alle Beschäftigten im Untersuchungs-, Behandlungs- und Wartungsbereich
	nach chirurgischer Händedesinfektion auf die trockene Haut	sterile, ungepuderte Einmalhandschuhe	<ul style="list-style-type: none"> vor chirurgischen Eingriffen mit nachfolgendem speicheldichten Wundverschluss vor allen Eingriffen bei Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko 	
	vor Desinfektions-, Reinigungs- und Entsorgungsarbeiten	reinigungsmittelbeständige Handschuhe	<ul style="list-style-type: none"> wenn die Hände mit schädigenden Stoffen in Kontakt kommen können 	alle Beschäftigten im Wartungsbereich
Mund-Nasen-Schutz		Mund-Nasen-Schutz	<ul style="list-style-type: none"> wenn mit Verspritzen oder Versprühen erregerehaltigen Materials zu rechnen ist bei Kontamination oder Durchfeuchtung wechseln 	alle Beschäftigten im Untersuchungs-, Behandlungs- und Wartungsbereich
Schutzbrille		Brille, möglichst mit Seitenschutz	<ul style="list-style-type: none"> nach Kontamination mit desinfektionsmittelgetränktem Tuch abwischen 	
Schutzkleidung			<ul style="list-style-type: none"> 	

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 06 und 13

* entsprechend der KRINKO-Empfehlung. (Die Notwendigkeit einer Händedesinfektion vor dem Anlegen unsteriler Handschuhe ist wissenschaftlich nicht erwiesen.)

Unkritische Medizinprodukte (manuelle Verfahren)

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>z.B. Extraorale Teile des Gesichtsbogens Schieblehre, Polymerisationslampen bzw. , Intraoralkameras und Intraoralscanner wenn diese kontaktlos in die Mundhöhle eingebracht und betrieben werden.</p> <p>Röntgensensoren für intraorale Röntgenaufnahmen</p> <p>Speicherfolien für intraorale Röntgenaufnahmen</p> <p>Als Standardverfahren ist eine Desinfektion im Sprüh-/Wischverfahren (Verfahren 2.2) ausreichend.</p>	<p>Verfahren 2.1: Eintauchverfahren (bei Bedarf in Kombination mit Ultraschall)</p>	<p>Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion (2):</p> <p>Dosierung / Einwirkzeit:</p> <p>Standzeit der Lösung:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nach jeder Verwendung am Patienten • ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen, wenn vom Hersteller gefordert) • unmittelbar nach der Behandlung vollständig und blasenfrei einlegen • Einwirkzeit beginnt nach Einlegen des letzten Medizinproduktes • nach Ende der Einwirkzeit unter fließendem Trinkwasser abspülen (Siebeinsatz) • Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung • ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung • Trocknung und Pflege 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>
	<p>oder</p> <p>Verfahren 2.2: Sprüh-/Wischverfahren für Außenflächen von Medizinprodukten</p>	<p>Flächendesinfektionsmittel (3):</p>		
	<p>staubgeschützte, trockene Lagerung</p>	<p>Schrank, Schublade</p>		

(2) mit VAH-Zertifizierung zur Instrumentendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)

(3) mit VAH-Zertifizierung zur Flächendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden Kapitel 07 F

Medizinprodukte semikritisch A (manuelle Verfahren)

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
Instrumente und Hilfsmittel für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen	Verfahren 2.1: Eintauchverfahren (bei Bedarf in Kombination mit Ultraschall)	Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion (2): Dosierung / Einwirkzeit: maximale Standzeit der Lösung: Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen, wenn vom Hersteller gefordert) unmittelbar nach der Behandlung vollständig und blasenfrei einlegen Einwirkzeit beginnt nach Einlegen des letzten Medizinproduktes nach Ende der Einwirkzeit unter fließendem Wasser abspülen (Siebeinsatz) Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung Trocknung und Pflege 	alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind
	Freigabe zur erneuten Anwendung	Dokumentation	<ul style="list-style-type: none"> wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, ist die Aufbereitung nach Behebung des Fehlers zu wiederholen 	alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung
	staubgeschützte, trockene Lagerung	Schrank, Schublade	<ul style="list-style-type: none"> nach Ende der Aufbereitung 	alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind

(2) mit VAH-Zertifizierung zur Instrumentendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden Kapitel 07 F

Medizinprodukte semikritisch A (manuelle Verfahren)

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>Abnehmbare Teile von Geräten ohne Austritt von Flüssigkeiten und/oder Luft oder Partikeln (wenn vom Hersteller zugelassen)</p> <p>(CAD-CAM-Gerät, Gerät zur Kariesdiagnostik, intraorale Kamera, Kaltlichtgerät, Laser, Polymerisationslampen, Röntgensensor, Speicherfolie u.a.)</p>	<p>Verfahren 2.2: Sprüh -/ Wischverfahren für Außenflächen</p> <p>anschließend Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator</p>	<p>Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit (3):</p> <p>Gerät / Programm:</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten und geeigneter Vorbereitung (z.B. Zerlegen, wenn vom Hersteller gefordert) bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>
<p>Hauptgerät und abnehmbare Geräteteile, für die eine Behandlung im RDG oder Sterilisator vom Hersteller nicht freigegeben wurde</p>	<p>Verfahren 2.2: Sprüh -/ Wischverfahren für Außenflächen</p>	<p>Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit (3):</p>	<ul style="list-style-type: none"> wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, ist die Aufbereitung nach Behebung des Fehlers zu wiederholen nach Ende der Aufbereitung 	<p>alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung</p>
	<p>Freigabe zur erneuten Anwendung</p>	<p>Dokumentation</p>		
	<p>staubgeschützte, trockene Lagerung</p>	<p>Schrank, Schublade</p>		

(3) mit VAH-Zertifizierung zur Flächendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 07 C

Medizinprodukte semikritisch B (maschinelle Verfahren)

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>Rotierende oder oszillierende Instrumente für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen</p> <p>(Bohrer, Fräser, Schleifer, Polierer, Finierer, Bürsten, Kelche, Ultraschallarbeitsteile u.a.)</p> <p>Wegen besonderer Schwierigkeiten bei der Aufbereitung sollte bei einer möglichen Kontamination mit Blut (z. B. Prophylaxe-behandlung) ggf. auf eine Wiederverwendung von Bürsten und Kelchen verzichtet werden.</p>	<p>Verfahren 1: Verfahren im RDG</p>	<p>Gerät / Programm:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nach jeder Verwendung am Patienten • bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zellstofftupfer entfernen) <li style="padding-left: 20px;">ggf. weitergehende Vorbereitung <li style="padding-left: 20px;">Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung • ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung und Pflege 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>
	<p>Freigabe zur erneuten Anwendung</p>	<p>Dokumentation</p>	<p>wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, ist die Aufbereitung nach Behebung des Fehlers zu wiederholen</p>	<p>alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung</p>
	<p>staubgeschützte, trockene Lagerung</p>	<p>Schrank, Schublade</p>	<ul style="list-style-type: none"> • nach Ende der Aufbereitung 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden Kapitel 07 C

Medizinprodukte semikritisch B (manuelle Verfahren)

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>Rotierende oder oszillierende Instrumente für allgemeine, präventive, restaurative oder kieferorthopädische (nichtinvasive) Maßnahmen</p> <p>z. B. Bohrer, Fräser, Schleifer, Polierer, Finierer, Bürsten, Kelche, Feilen, Ultraschallarbeitssteile</p> <p>wegen besonderer Schwierigkeiten bei der Aufbereitung sollte bei einer möglichen Kontamination mit Blut (z. B. Prophylaxe-behandlung) ggf. auf eine Wiederverwendung von Bürsten und Kelchen verzichtet werden</p>	<p>Verfahren 2.1: Eintauchverfahren (bei Bedarf in Kombination mit Ultraschall)</p> <p>anschließend Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator z.B. in Ständern oder Schalen</p>	<p>Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion (2):</p> <p>Dosierung / Einwirkzeit:</p> <p>Maximale Standzeit der Lösung:</p> <p>Gerät / Programm:</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen) unmittelbar nach der Behandlung vollständig und blasenfrei einlegen Einwirkzeit beginnt nach Einlegen des letzten Medizinproduktes nach Ende der Einwirkzeit unter fließendem Wasser abspülen (Siebeinsatz) Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung Trocknung und Pflege 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>
	<p>Freigabe zur erneuten Anwendung</p>	<p>Dokumentation</p>	<ul style="list-style-type: none"> wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozeßablauf festgestellt, ist die Aufbereitung nach Behebung des Fehlers zu wiederholen 	<p>alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung</p>
	<p>staubgeschützte, trockene Lagerung</p>	<p>Schrank, Schublade</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach Ende der Aufbereitung 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>

(2) mit VAH-Zertifizierung zur Instrumentendesinfektion, ggf. mit Korrosionsschutz, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 07 F

Medizinprodukte semikritisch B (maschinelle Verfahren)

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER	
<p>Übertragungsinstrumente für allgemeine, restaurative oder kieferorthopädische Behandlung</p> <p>(Hand- und Winkelstücke, Turbinen)</p>	<p>Verfahren 1: Verfahren im RDG</p>	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten und geeigneter Vorbereitung (z.B. Zerlegen, wenn vom Hersteller gefordert) bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung <p>Bei Verfahren 1: nach Ablauf des RDG-Programms Pflege (Ölung) nach Herstellerangaben</p>	alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind	
	<p>oder</p> <p>Verfahren 3: maschinelle Reinigung ohne Desinfektionsstufe und Pflege im Aufbereitungsgerät für Übertragungsinstrumente</p>	Gerät / Programm:	<ul style="list-style-type: none"> Bei Verfahren 4: vor der thermischen Behandlung Reinigung und Pflege (Ölung) der Innenteile nach Herstellerangaben 		
	<p>anschließend</p> <p>Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator</p>	Gerät / Programm:			
	<p>oder</p> <p>Verfahren 6: Reinigung, Pflege, thermische Behandlung (Desinfektion) in einem Kombinationsgerät (unverpackt)</p>	Gerät / Programm:			
	Freigabe zur erneuten Anwendung		Dokumentation	<ul style="list-style-type: none"> wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, ist die Aufbereitung nach Behebung des Fehlers zu wiederholen 	alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung
	staubgeschützte, trockene Lagerung		Schrank, Schublade	<ul style="list-style-type: none"> nach Ende der Aufbereitung 	alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 07 C

Medizinprodukte semikritisch B (manuelle Verfahren)

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>Übertragungsinstrumente für allgemeine, restaurative oder kieferorthopädische Behandlung</p> <p>(Hand- und Winkelstücke, Turbinen)</p>	<p>Verfahren 2.2: Sprüh-/Wischverfahren für Außenflächen</p> <p>anschließend Verfahren 2.3: Sprühverfahren (Reinigung und Desinfektion) mit Hilfe spezieller Adapter für Innenflächen von Medizinprodukten</p>	<p>Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit (3):</p> <p>vom Hersteller freigegebenes Reinigungsmittel:</p> <p>vom Hersteller freigegebenes Desinfektionsmittel: (4)</p> <p>Leitungswasser, Druckluft</p> <p>vom Hersteller freigegebenes Pflegemittel:</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten und geeigneter Vorbereitung (z.B. Zerlegen) nicht fixierende Vorreinigung der Außen- und Innenflächen innerhalb von 10 Minuten nach der Benutzung (z.B. Spülen mit Wasser. Für die Innenflächen sind geeignete Adapter zu verwenden. Reinigung der Außen- und Innenflächen Desinfektion der Außen- und Innenflächen. ggf. abschließend Spülen und mit Druckluft trocknen. nach dem Sprühverfahren Pflege (Ölung) der Innenteile nach Herstellerangaben 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>
	<p>Freigabe zur erneuten Anwendung</p>	<p>Dokumentation</p>	<ul style="list-style-type: none"> wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozeßablauf festgestellt, ist die Aufbereitung nach Behebung des Fehlers zu wiederholen 	<p>alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung</p>
	<p>staubgeschützte, trockene Lagerung</p>	<p>Schrank, Schublade</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach Ende der Aufbereitung 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>

(3) mit VAH-Zertifizierung zur Flächendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit, begrenzt viruzid

(4) Die Desinfektion kann auch unverpackt im Dampfsterilisator erfolgen. In diesem Fall ist hier das verwendete Gerät und Programm einzutragen.

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 07 F

Medizinprodukte semikritisch B (maschinelle Verfahren)

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>Geräte mit Austritt von Flüssigkeiten und/oder Luft oder Partikeln</p> <p>(Mehrfunktionsspritze, Pulverstrahlgerät, Zahnsteinentfernungsgerät u.a.)</p> <p>Abnehmbare Geräteteile, wenn vom Hersteller zugelassen</p> <p>(Hauptgerät: manuelles Verfahren)</p>	<p>Verfahren 1: Verfahren im RDG</p>	<p>Gerät / Programm:</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten und geeigneter Vorbereitung (z.B. Zerlegen, wenn vom Hersteller gefordert.) bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>
	<p>Freigabe zur erneuten Anwendung</p>	<p>Dokumentation</p>	<ul style="list-style-type: none"> wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, ist die Aufbereitung nach Behebung des Fehlers zu wiederholen 	<p>alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung</p>
	<p>staubgeschützte, trockene Lagerung</p>	<p>Schrank, Schublade</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach Ende der Aufbereitung 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden , Kapitel 07 C

Medizinprodukte semikritisch B (manuelle Verfahren)

	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>Geräte mit Austritt von Flüssigkeiten und/oder Luft oder Partikeln z.B. Mehrfunktionspritze, Pulverstrahlgerät, Zahnsteinentfernungsgerät u.a.</p> <p>Abnehmbare Geräteteile: Aufbereitung nach Herstellerangaben (Wenn eine Eintauchdesinfektion möglich ist.)</p>	<p>Verfahren 2.1: Eintauchverfahren (bei Bedarf in Kombination mit Ultraschall)</p>	<p>Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion (2):</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten und geeigneter Vorbereitung (z.B. Zerlegen, wenn vom Hersteller gefordert.) bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>
	<p>anschließend Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator</p>	<p>Gerät / Programm:</p>		
<p>Hauptgerät</p>	<p>Verfahren 2.2: Sprüh- / Wischverfahren für Außenflächen</p>	<p>Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit (3):</p>	<ul style="list-style-type: none"> wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, ist die Aufbereitung nach Behebung des Fehlers zu wiederholen nach Ende der Aufbereitung 	<p>alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung</p> <p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>
	<p>Freigabe zur erneuten Anwendung</p>	<p>Dokumentation</p>		
	<p>staubgeschützte, trockene Lagerung</p>	<p>Schrank, Schublade</p>		

(2) mit VAH-Zertifizierung zur Instrumentendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)

(3) mit VAH-Zertifizierung zur Flächendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden,, Kapitel 07 F

Medizinprodukte semikritisch B (manuelle Verfahren)

Medizinprodukte semikritisch B (manuelle Verfahren)				
	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>Geräte mit Austritt von Flüssigkeiten und/oder Luft oder Partikeln z.B. Mehrfunktionspritze, Pulverstrahlgerät, Zahnsteinentfernungsgerät u.a.</p> <p>Abnehmbare Geräteteile: Aufbereitung nach Herstellerangaben (Wenn keine Eintauchdesinfektion möglich ist.)</p>	<p>Verfahren 2.2: Sprüh- / Wischverfahren für Außenflächen</p> <p>anschließend Verfahren 2.3: Sprühverfahren (Reinigung und Desinfektion) mit Hilfe spezieller Adapter für Innenflächen von Medizinprodukten</p>	<p>2.2 Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit (3):</p> <p>vom Hersteller freigegebene Reinigungs- und Desinfektionsmittel (3):</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten und geeigneter Vorbereitung (z.B. Zerlegen) bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>
	<p>oder</p> <p>Verfahren 2.2: Sprüh- / Wischverfahren für Außenflächen</p> <p>anschließend Verfahren 4: thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackt im Dampfsterilisator</p>	<p>Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit (3):</p> <p>Gerät / Programm:</p>		
Hauptgerät	<p>Verfahren 2.2: Sprüh- / Wischverfahren für Außenflächen</p>	<p>Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit (3):</p>	<ul style="list-style-type: none"> wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, ist die Aufbereitung nach Behebung des Fehlers zu wiederholen nach Ende der Aufbereitung 	<p>alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung</p>
	<p>Freigabe zur erneuten Anwendung</p>	<p>Dokumentation</p>		<p>alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung</p>
	<p>staubgeschützte, trockene Lagerung</p>	<p>Schrank, Schublade</p>		<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>

(3) mit VAH-Zertifizierung zur Flächendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 07 C

Medizinprodukte kritisch A (maschinelle Verfahren)

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>Instrumente und Hilfsmittel für chirurgische, parodontologische oder endodontische (invasive) Maßnahmen</p> <p>Extraktionszangen, Hebel, Ansätze und Handstücke für Laser- und Hochfrequenz-Chirurgiegeräte u.a.</p> <p>Rotierende oder oszillierende Instrumente (4)</p>	<p>Verfahren 1: Verfahren im RDG</p> <p>anschließend</p> <p>Verfahren 5: Sterilisation im Dampfsterilisator (verpackt)</p>	<p>Gerät / Programm:</p> <p>Gerät / Programm:</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten bei Bedarf nicht fixierende Vorreinigung (z.B. Zementreste mit Zellstofftupfer entfernen) ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen, wenn vom Hersteller gefordert.) 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>
	<p>Freigabe zur erneuten Anwendung</p>	<p>Dokumentation</p>	<ul style="list-style-type: none"> wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozeßablauf festgestellt, ist die Aufbereitung nach Behebung des Fehlers zu wiederholen 	<p>alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung</p>
	<p>staubgeschützte, trockene Lagerung</p>	<p>Schrank, Schublade</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach Ende der Aufbereitung <p>maximale Lagerfrist für Containerverpackung oder Klarsichtsterilgutverpackung: 6 Monate</p>	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>

(4) Die Einstufung dieser Instrumente in die Risikogruppe „kritisch A“ ist möglich, wenn die Effektivität der Reinigung durch Inspektion unmittelbar beurteilbar ist, keinen erhöhten Aufwand bei der technisch-funktionellen Prüfung erforderlich ist oder die Anzahl der Anwendungen oder Aufbereitungszyklen nicht auf eine bestimmte Anzahl begrenzt ist.

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 07 C

Medizinprodukte kritisch A (manuelle Verfahren) *

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>Instrumente und Hilfsmittel für chirurgische, parodontologische oder endodontische (invasive) Maßnahmen</p> <p>Extraktionszangen, Hebel, Ansätze und Handstücke für Laser- und Hochfrequenz-Chirurgiegeräte u.a.</p> <p>Rotierende oder oszillierende Instrumente (4)</p>	<p>Verfahren 2.1: Eintauchverfahren (bei Bedarf in Kombination mit Ultraschall)</p>	<p>Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion (2):</p> <p>Dosierung / Einwirkzeit:</p> <p>Maximale Standzeit der Lösung:</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen, wenn vom Hersteller gefordert.) unmittelbar nach der Behandlung vollständig und blasenfrei einlegen Einwirkzeit beginnt nach Einlegen des letzten Medizinproduktes nach Ende der Einwirkzeit unter fließendem Wasser abspülen (Siebeinsatz) Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung Trocknung und Pflege 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>
	<p>anschließend Verfahren 5: Sterilisation im Dampfsterilisator (verpackt)</p>	<p>Gerät / Programm:</p>		
	<p>Freigabe zur erneuten Anwendung</p>	<p>Dokumentation</p>		
	<p>staubgeschützte, trockene Lagerung</p>	<p>Schrank, Schublade</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach Ende der Aufbereitung maximale Lagerfrist für Containerverpackung oder Klarsichtsterilgutverpackung: 6 Monate 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>


* Nach der RKI-Richtlinie 2012 sind Medizinprodukte "Kritisch A" bevorzugt maschinell aufzubereiten

(2) mit VAH-Zertifizierung zur Instrumentendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie), ggf. mit Korrosionsschutz

(4) Die Einstufung dieser Instrumente in die Risikogruppe „kritisch A“ ist möglich, wenn die Effektivität der Reinigung durch Inspektion unmittelbar beurteilbar ist, keinen erhöhten Aufwand bei der technisch-funktionellen Prüfung erforderlich ist oder die Anzahl der Anwendungen oder Aufbereitungszyklen nicht auf eine bestimmte Anzahl begrenzt ist.

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 07 C

Medizinprodukte kritisch B (manuelle Verfahren) *

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>Rotierende oder oszillierende Instrumente für chirurgische, parodontologische oder endodontische (invasive) Maßnahmen (5)</p> 	<p>Verfahren 2.1: Eintauchverfahren (bei Bedarf in Kombination mit Ultraschall)</p> <p>anschließend: Verfahren 5: Sterilisation im Dampfsterilisator (verpackt)</p>	<p>Kombinationspräparat zur Reinigung und Desinfektion (2):</p> <p>Dosierung / Einwirkzeit:</p> <p>Maximale Standzeit der Lösung:</p> <p>Gerät / Programm:</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten ggf. weitergehende Vorbereitung (z.B. Zerlegen, wenn vom Hersteller gefordert.) unmittelbar nach der Behandlung vollständig und blasenfrei einlegen Einwirkzeit beginnt nach Einlegen des letzten Medizinproduktes nach Ende der Einwirkzeit unter fließendem Wasser abspülen (Siebeinsatz) Kontrolle auf Rückstände, Funktionsprüfung ggf. Nachreinigung, erneute Desinfektion, Trocknung Trocknung und Pflege 	<p>Zahnmedizinische Fachangestellte, Zahnarzthelferin, stomatologische Schwester oder andere Personen mit abgeschlossener Ausbildung</p> <p>(ohne Nachweis einer Ausbildung zur Zahnarzthelferin bzw. zur Zahnmedizinischen Fachangestellten oder zur stomatologischen Schwester ist eine fachspezifische Fortbildung in Anlehnung an den Lehrgang Fachkunde I gemäß den Richtlinien der DGSV erforderlich.)</p>
	<p>Freigabe zur erneuten Anwendung</p>	<p>Dokumentation</p>	<ul style="list-style-type: none"> wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozessablauf festgestellt, ist die Aufbereitung nach Behebung des Fehlers zu wiederholen 	<p>alle Beschäftigten mit Freigabeberechtigung, die die o.a. Bedingungen erfüllen</p>
	<p>staubgeschützte, trockene Lagerung</p>	<p>Schrank, Schublade</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach Ende der Aufbereitung <p>maximale Lagerfrist für Containerverpackung oder Klarsichtsterilgutverpackung: 6 Monate</p>	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>

* Nach der RKI-Richtlinie 2012 sind Medizinprodukte "Kritisch B" grundsätzlich maschinell aufzubereiten. Die Anwendung manueller Verfahren setzt bei Verfügbarkeit maschineller Verfahren voraus, dass der Beleg über die Äquivalenz der Leistungsfähigkeit manueller und maschineller Verfahren erbracht wurde. Dabei ist eine standardisierte und reproduzierbare Aufbereitung mit nachgewiesener Wirkung (einschließlich der inneren Oberflächen) sicherzustellen.

(2) mit VAH-Zertifizierung zur Instrumentendesinfektion, ggf. mit Korrosionsschutz, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)

(5) Die Einstufung dieser Instrumente in die Risikogruppe „kritisch B“ ist erforderlich, wenn die Effektivität der Reinigung durch Inspektion nicht unmittelbar beurteilbar ist, ein erhöhter Aufwand bei der technisch-funktionellen Prüfung erforderlich ist oder deren Anwendungen oder Aufbereitungszyklen auf eine bestimmte Anzahl begrenzt ist.

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 07 F

Medizinprodukte kritisch B (manuelle Verfahren) *

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>Übertragungsinstrumente für chirurgische, parodontologische oder endodontische (invasive) Behandlung</p> <p>(Hand- und Winkelstücke, Schallhandstücke für Knochenchirurgie u.a.)</p>	<p>Verfahren 2.2: Sprüh- / Wischverfahren für Außenflächen</p>	<p>Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit (z.B. alkoholisches Präparat) (3):</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Verwendung am Patienten und geeigneter Vorbereitung (z.B. Zerlegen, wenn vom Hersteller vorgeschrieben.) nicht fixierende Vorreinigung der Außen- und Innenflächen innerhalb von 10 Minuten nach der Benutzung (z.B. Spülen mit Wasser. Für die Innenflächen sind geeignete Adapter zu verwenden. 	<p>Zahnmedizinische Fachangestellte, Zahnarzthelferin, stomatologische Schwester oder andere Personen mit abgeschlossener Ausbildung</p> <p>(ohne Nachweis einer Ausbildung zur Zahnarzthelferin bzw. zur Zahnmedizinischen Fachangestellten oder zur stomatologischen Schwester ist eine fachspezifische Fortbildung in Anlehnung an den Lehrgang Fachkunde I gemäß den Richtlinien der DGSV erforderlich.)</p>
	<p>anschließend Verfahren 2.3: Sprühverfahren (Reinigung und Desinfektion) mit Hilfe spezieller Adapter für Innenflächen von Medizinprodukten</p>	<p>vom Hersteller des Übertragungsinstrumentes freigegebene Reinigungsmittel</p>	<ul style="list-style-type: none"> Reinigung der Außen- und Innenflächen 	
		<p>vom Hersteller des Übertragungsinstrumentes freigegebene Desinfektionsmittel</p>	<ul style="list-style-type: none"> Desinfektion der Außen- und Innenflächen. 	
		<p>Leitungswasser, Druckluft</p>	<ul style="list-style-type: none"> ggf. abschließend Spülen und mit Druckluft trocknen. 	
		<p>vom Hersteller freigegebenes Pflegemittel:</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach dem Sprühverfahren Pflege (Ölung) der Innenteile nach Herstellerangaben 	
	<p>anschließend Verfahren 5: Sterilisation im Dampfsterilisator (verpackt)</p>	<p>Gerät / Programm:</p>	<p>(Anweisungen zum Sterilisationsverfahren sind dem Hygieneplan vorangestellt.)</p>	
	<p>Freigabe zur erneuten Anwendung</p>	<p>Dokumentation</p>	<ul style="list-style-type: none"> wurden bei der Aufbereitung Abweichungen vom korrekten Prozeßablauf festgestellt, ist die Aufbereitung nach Behebung des Fehlers zu wiederholen 	
<p>staubgeschützte, trockene Lagerung</p>	<p>Schrank, Schublade</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach Ende der Aufbereitung 	<p>alle Beschäftigten, die mit der Aufbereitung von Medizinprodukten betraut sind</p>	

* Nach der RKI-Richtlinie 2012 sind Medizinprodukte "Kritisch B" grundsätzlich maschinell aufzubereiten. Die Anwendung manueller Verfahren setzt bei Verfügbarkeit maschineller Verfahren voraus, dass der Beleg über die Äquivalenz der Leistungsfähigkeit manueller und maschineller Verfahren erbracht wurde. Dabei ist eine standardisierte und reproduzierbare Aufbereitung mit nachgewiesener Wirkung (einschließlich der inneren Oberflächen) sicherzustellen.

(3) mit VAH-Zertifizierung zur Flächendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 07CF

Flächen und Einrichtungsgegenstände

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
<p>z.B. patientennahe Oberflächen, die durch Aerosol oder Kontakt mit Händen, Instrumenten, Gegenständen oder Substanzen kontaminiert wurden und nicht thermisch oder durch Eintauchverfahren desinfizierbar sind z. B. Leuchtgrieff, Schränke, Patientenstuhl, Geräte</p>	<p>Reinigung und Desinfektion durch Wischen mit getränktem Tuch</p> <p>die Sprühdeseinfektion ist auf schwierig zu desinfizierende Flächen zu beschränken, die durch Wischdesinfektion nicht erreichbar sind, deren Desinfektion aber erforderlich ist.</p>	<p>Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit (3):</p> <p>Einwirkzeit:</p>	<ul style="list-style-type: none"> nach jeder Behandlung 	<p>alle Beschäftigten im Untersuchungs-, Behandlungs- und Wartungsbereich</p>
<p>z.B. Flächen und Gegenstände, die sichtbar mit Blut oder Sekreten kontaminiert wurden (einschließlich betroffene Fußbodenbereiche)</p>	<p>Aufnahme der Verschmutzung mit desinfektionsmittelgetränktem Einmaltuch, danach Wischdesinfektion</p>	<p>Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit (3):</p> <p>Einwirkzeit:</p>	<ul style="list-style-type: none"> sofort 	
<p>z.B. schwierig zu reinigende und zu desinfizierende Flächen und Gegenstände, die kontaminiert werden können, z. B. OP-Mikroskop</p>	<p>Barrieremaßnahmen: Abdecken mit entsprechenden Abdeckmaterialien (i.d.R. sind unsterile Materialien zur Abdeckung ausreichend)</p>	<p>Abdeckmaterial unsteril:</p> <p>Abdeckmaterial steril:</p>	<ul style="list-style-type: none"> sterile Abdeckung, wenn ein aseptisches Vorgehen erforderlich ist nach der Behandlung Materialien entsorgen bzw. aufbereiten 	
<p>Fußböden</p>	<p>Feuchtreinigung</p>	<p>Reinigungsmittel ohne Zusatz von Desinfektionsmittel:</p>	<ul style="list-style-type: none"> am Ende des Behandlungstages 	<p>Reinigungspersonal</p>

(3) mit VAH-Zertifizierung zur Flächendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte

Viruzidie) Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 08

Abformungen, zahntechnische Werkstücke

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
Abformungen (6)	Reinigen durch vorsichtiges Abspülen	fließendes Leitungswasser	<ul style="list-style-type: none"> unmittelbar nach Entnahme aus dem Mund des Patienten 	Beschäftigte im Untersuchungs-, Behandlungs- oder Wartungsbereich, Beschäftigte im zahntechnischen Labor / Praxislabor
	Sprühdeseinfektion im geschlossenen Gerät: oder Tauchdeseinfektion:	geeignetes, unter Blut- / Speichelbelastung wirksames und werkstoffkompatibles Desinfektionsmittel (3): geeignetes, unter Blut- / Speichelbelastung wirksames und werkstoffkompatibles Desinfektionsmittel (2): Dosierung / Einwirkzeit:	<ul style="list-style-type: none"> im Anschluss an das Abspülen 	
zahntechnische Werkstücke (6)	Reinigen durch vorsichtiges Abspülen	fließendes Leitungswasser	<ul style="list-style-type: none"> vor Versand an das zahntechnische Labor 	
	Tauchdeseinfektion (bei getragenen Zahnersatz ggf. in Kombination mit Ultraschall)	geeignetes, unter Blut- / Speichelbelastung wirksames und werkstoffkompatibles Desinfektionsmittel (2): Dosierung / Einwirkzeit:	<ul style="list-style-type: none"> nach Erhalt aus dem zahntechnischen Labor 	

(2) mit VAH-Zertifizierung zur Instrumentendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)

(3) mit VAH-Zertifizierung zur Flächendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie) und Wirksamkeit gegen Tuberkuloseerreger

(6) Bei zahntechnischen Werkstücken (Prothesen, Bissnahmen u.a.) sowie Abformungen, die zwischen Zahnarztpraxis und zahntechnischem Labor ausgetauscht werden, bedarf es hinsichtlich Reinigung und Desinfektion besonderer Vereinbarungen

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 09

Absauganlage

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
Innenflächen der Absauganlage einschließlich der Absaugschläuche	Durchsaugen	Wasser-Luft-Gemisch	<ul style="list-style-type: none"> möglichst nach jeder Behandlung, bei der abgesaugt wurde 	alle Beschäftigten im Untersuchungs- und Behandlungsbereich
	Reinigen bzw. Desinfizieren: Gemisch aus Luft und Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel langsam durchsaugen	geeignetes, unter Blut- / und Speichelbelastung wirksames Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel:	<ul style="list-style-type: none"> mindestens am Ende des Behandlungstages 	
	Desinfektionsmittel in das Mundspülbecken gießen			
Außenflächen von feststehenden Absaugschläuchen mit Saughandstücken	Wischdesinfektion (soweit erreichbar), ggf. Sprühdeseinfektion	Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit (3): Dosierung / Einwirkzeit:	<ul style="list-style-type: none"> nach jedem Patienten 	
abnehmbare Absaugschläuche mit Saughandstücken (Absaugkanülen werden wie Medizinprodukte semikritisch B oder kritisch B aufbereitet)	Reinigung bzw. Desinfektion	Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) oder geeignetes Instrumentendesinfektionsmittel (2): Dosierung / Einwirkzeit:	<ul style="list-style-type: none"> nach Bedarf 	
Mundspülbecken	Reinigung und Wischdesinfektion außen und innen	Flächendesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit (3): Dosierung / Einwirkzeit:	<ul style="list-style-type: none"> nach jedem Patienten 	
Filter	Filterwechsel bzw. -reinigung nach Herstellerangaben	Handschuhe benutzen	<ul style="list-style-type: none"> nach Bedarf 	
Amalgamabscheider	Wechsel / Entleerung des Auffangbehälters und Entsorgung des Abscheidegutes nach Herstellerangaben (Entsorgungsnachweis erforderlich)	Handschuhe benutzen	<ul style="list-style-type: none"> nach Bedarf 	

(2) mit VAH-Zertifizierung zur Instrumentendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)

(3) mit VAH-Zertifizierung zur Flächendesinfektion, HBV- / HCV- / HIV-Wirksamkeit (begrenzte Viruzidie)

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 11 und 14

Praxiswäsche

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
Textile Praxiskleidung, Handtücher (Die Aufbereitung steriler Schutzkleidung oder steriler Abdecktücher in der Praxis wird vom DAHZ wegen des erheblichen Aufwandes nicht empfohlen. Einwegmaterial verwenden)	sammeln	ausreichend dichte Behälter oder Säcke, getrennt nach Waschprogramm	<ul style="list-style-type: none"> Textile Teile der Schutzausrüstung, Handtücher, Abdecktücher nach jedem Gebrauch wechseln. Textile Praxiskleidung mindestens zweimal wöchentlich wechseln, täglicher Wechsel empfehlenswert. 	alle Beschäftigten
	waschen von Textilien, die für den Kochwaschgang geeignet sind	thermisches Waschverfahren mit handelsüblichem Waschmittel (Kochwaschgang): Temperatur: 90°		
	waschen von Textilien, die nicht für den Kochwaschgang geeignet sind	chemothermisches Waschverfahren mit mikrobizidem Waschmittel (7): Anwendungskonzentration (g/Liter Flotte): Temperatur: Einwirkungsdauer: Flottenverhältnis (8):		

(7): mit VAH-Zertifizierung zur Wäschedesinfektion

(8): Gewicht der Wäsche in kg / Volumen der Flotte (Wasser+Chemie) in Liter: z.B. 1:4

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden 2019, Kapitel 12

Abfall

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
Hausmüllähnliche Abfälle z. B. Papier/Pappe, Glas, Kunststoff, Metall, Chemikalien, Altmedikamente, Batterien, Leuchtstoffröhren	sammeln entsprechend den kommunalen oder anderen Bestimmungen, getrennt nach Abfallarten	Entsorgung mit dem normalen Siedlungsabfall, verwertbare Fraktionen in Wertstofftonnen oder Abgabe an Recyclingbetriebe	<ul style="list-style-type: none"> nach Abfallaufkommen 	alle Beschäftigten, Reinigungspersonal
Abfälle aus Untersuchungs- und Behandlungsräumen (9) spitze, scharfe oder zerbrechliche Gegenstände (sharps)	sammeln in durchstich- und bruchsickeeren sowie feuchtigkeitsbeständigen Behältnissen	Entsorgung sicher umschlossen in Behältnissen mit dem Hausmüll	<ul style="list-style-type: none"> nach Abfallaufkommen 	
mit Blut oder Sekreten kontaminierte Abfälle, auch extrahierte Zähne und trockene (nicht tropfende) Abfälle aus Einzelfallbehandlungen entsprechend erkrankter Patienten (HIV, HBV)	sammeln in feuchtigkeitsbeständigen Abfallsäcken im Abfalleimer	Entsorgung sicher umschlossen mit dem Hausmüll	<ul style="list-style-type: none"> nach Abfallaufkommen 	
Röntgenchemikalien	sammeln in Kanistern	Abgabe der Kanister gegen Entsorgungsnachweis: an Recyclingbetrieb	<ul style="list-style-type: none"> nach Abfallaufkommen 	
Quecksilberhaltige Abfälle, Abscheidegut auch extrahierte Zähne mit Amalgamfüllungen	sammeln in dicht verschließbaren Behältnissen	Abgabe der Behältnisse gegen Entsorgungsnachweis an Recyclingbetrieb		

(9) Abfälle, die mit besonders kontagiösen oder gefährlichen Erregern kontaminiert, sind fallen in der Zahnarztpraxis in der Regel nicht an.

Es können kommunal andere Entsorgungswege vorgeschrieben werden.

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 09

Mundhöhlenantiseptik

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
Mundschleimhäute	präparategetränkte Tupfer oder Besprühen bzw. Spülen der Mundhöhle zur vorübergehenden Keimreduzierung in der Mundhöhle	Präparat (10): Einwirkzeit:	zu empfehlen z. B. : <ul style="list-style-type: none"> • vor Behandlung von Patienten mit erhöhtem Infektionsrisiko • vor umfangreichen chirurgischen Eingriffen mit nachfolgendem speicheldichtem Wundverschluss • als ergänzende Maßnahme bei fehlender mechanischer Zahnreinigung (Kieferimmobilisation, Patienten mit Handicap, hohes Alter) 	Patienten

(10) Für die Mundhöhlenantiseptik kommen z.B. Präparate auf Basis folgender Wirkstoffe in Frage: Chlorhexidin, Hexetidin, Octenidin

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 04

Antibiotikaprophylaxe

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
Patienten mit Endokarditisrisiko	orale Einnahme eines Antibiotikums als Einzeldosis 30 - 60 Minuten vor jedem Eingriff, bei dem das Risiko einer Bakteriämie besteht	Medikament: Dosierung: Ersatzmedikament: (z.B. bei Penicillinallergie):	zu empfehlen nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt z..B. bei: <ul style="list-style-type: none"> • Patienten mit Herzklappenersatz • Patienten mit überstandener Endokarditis • Patienten mit bestimmten angeborenen Herzfehlern • nach bestimmten operativen Eingriffen am Herzen innerhalb der ersten sechs Monate 	Patienten
(Patienten mit Endoprothesen zum Gelenkersatz)	orale Einnahme eines Antibiotikums als Einzeldosis 30 - 60 Minuten vor jedem Eingriff, bei dem ein hohes Risiko einer Bakteriämie besteht	Medikament: Dosierung: Ersatzmedikament: (z.B. bei Penicillinallergie):	Bei Patienten mit Endoprothesen ist nach neuerer Literatur der Nutzen einer Antibiotikaprophylaxe nicht belegt. Eine routinemäßige Prophylaxe kann daher nicht gefordert werden. Gegebenenfalls, z.B. bei Vorliegen zusätzlicher Risikofaktoren, ist eine Rücksprache mit dem behandelnden Arzt empfehlenswert.	
Patienten ohne Systemerkrankungen zur Vermeidung postoperativer Wundinfektionen	orale Einnahme eines Antibiotikums als Einzeldosis 30 - 60 Minuten vor jedem Eingriff, bei dem ein hohes Risiko einer Bakteriämie besteht	Medikament: Dosierung: Ersatzmedikament: (z.B. bei Penicillinallergie):		

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 04

Postexpositionsprophylaxe

WAS	WIE	WOMIT	ANWEISUNGEN	WER
Stich- und Schnittverletzungen		Tupfer getränkt mit virusinaktivierendem Antiseptikum (Hände- oder Hautdesinfektionsmittel) Präparat:	Falls erforderlich: Weiterbehandlung durch einen D-Arzt (*)	der / die Betroffene ggf. mit Ersthelfer
Kontamination des Auges	reichliches Ausspülen	Wasser	sofort möglichst Augenspülflasche verwenden	der / die Betroffene ggf. mit Ersthelfer
Aufnahme in die Mundhöhle	möglichst vollständiges Ausspucken des aufgenommenen Materials danach 4-5-maliges Ausspülen anschließend 4-5-maliges antiseptisches Spülen	Leitungswasser Mundhöhlenantiseptikum (z.B. Chlorhexidin, Octenidin); Präparat:	sofort	der / die Betroffene ggf. mit Ersthelfer
Kontamination unverletzter Haut	danach Großflächige Hautdesinfektion	Einmaltuch, getränkt mit einem alkoholischen Hände- oder Hautdesinfektionsmittel Präparat: Isopropanol oder Ethanol 70-80% oder alkoholisches Händedesinfektionsmittel Präparat:	Hautareal mindestens 1/2 Minute benetzt halten	der / die Betroffene ggf. mit Ersthelfer
Übertragung durch Blutkontakte bei Behandlung von Patienten mit vermuteter Hepatitis- oder HIV-Infektion			unverzüglich (innerhalb von 2 Stunden) Facharzt oder Notfallambulanz einer Klinik, die eine systemische Postexpositionsprophylaxe durchführen kann (*)	der / die Betroffene
Dokumentation im Verbandbuch	nach Vorgabe des Verbandbuchs		unverzüglich	der / die Betroffene, Ersthelfer, Praxisinhaber
Meldung an die Berufsgenossenschaft		schriftlich	bei Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Tagen	Arbeitgeber

*Nach den gemeinsamen Empfehlungen einiger Unfallkassen und der BGW auch Betriebsarzt, in ländlichen Regionen ggf. auch der Hausarzt. Die Adressen sollten im Notfallplan erfasst sein.

Näheres siehe DAHZ-Hygieneleitfaden, Kapitel 15